

# PREMIUM DELTA VEGYIFÜLKÉK



FOTON Kft.

2120 Dunakeszi, Táltos utca 28.

+36 30 92 42 934

[info@fotonkft.hu](mailto:info@fotonkft.hu)

[www.fotonkft.hu](http://www.fotonkft.hu)

Belső borításuk sav- és lúgálló kompakt kompozit lemezből készülnek.

Az ablakok 3+3 mm-es ragasztott biztonsági üvegből vannak, az ablakmozgató rendszer segítségével bármely függőleges pozícióban fixen megállnak.

A vegyifülke szerelvényei a munkalap alatt helyezkednek el. A vegyifülke oldalai keskenyek, így a hasznos munkafelület csak néhány centiméterrel kisebb a fülke teljes szélességénél.

Külső méretek:

Szélesség: 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100

Mélység: 930

Magasság: 2350/2700



A vegyifülke főbb műszaki jellemzői:

- Kettős (A+F 150  $\mu$ m) színterezett fémszerkezet
- Sav- és lúgálló 50 mm vastag kompakt kompozit lemez belső borítás
- Tömör, íves peremű, öntött műszaki kerámia munkalap, süllyesztett anyagában azonos 24x8 cm kerámia leöntővel
- Biztonsági ablak 3+3 ragasztott üveggel

Opcionálisan választható kiegészítők:

- Digitális áramlásjelző monitor
- Polipropilén belső borítás az erősen savas alkalmazásokhoz
- Robbanásbiztos kivitelben (Ex)!
- Automata ablakmozgató mechanizmussal
- VAV rendszer



MSZ EN 14175 szabványsorozat 14175-1,-2,-3,-6 és -7 szerinti ÉMI-TÜV-SÜD megfelelőségi tanúsítvánnyal

A LABORATÓRIUMOK SZOLGÁLATÁBAN

# ASZTALI ELSZÍVÓ FÜLKÉK



2120 Dunakeszi, Táltos utca 28.

+36 30 92 42 934

[info@fotonkft.hu](mailto:info@fotonkft.hu)

[www.fotonkft.hu](http://www.fotonkft.hu)

Eloxált alumínium vázszerkezet 70 $\mu$  korrund bevonattal, kiváló vegyszerállóság és dekontaminálhatóság jellemzi.

Homloklapon vagy az oldalsó kezelőpanelen találhatóak a kezelésére szolgáló kapcsolók és kijelző, az alsó kezelőpanelen a fluidumok kezelésére szolgáló digesztórium csapok.

Belső burkolata igény szerint választható. Rendelhető aktív szén és HEPA szűrőegységgel is.

Megvilágítás >600 lux a munkalapon.

Hátoldali szekvenciális ablak mozgató mechanizmussal.

Ígény szerint rendelhető optiflow íves légterelő rendszerrel.

Külső szélesség: 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500



MSZ EN 14175 szabványsorozat 14175-1,-2,-3,-6 és -7 szerinti ÉMI-TÜV-SÜD megfeleléségi tanúsítvánnyal

A LABORATÓRIUMOK SZOLGÁLATÁBAN

# LABORATÓRIUMI BÚTOROK



FOTON Kft.

2120 Dunakeszi, Táltos utca 28.

+36 30 92 42 934


[info@fotonkft.hu](mailto:info@fotonkft.hu)

[www.fotonkft.hu](http://www.fotonkft.hu)

Cégünk saját műhelyében gyárt általános és speciális rendeltetésű laboratóriumi bútorokat. A felhasználói igényeknek megfelelően, személyes felmérést követően, komplex tervezési folyamat eredményeképpen adunk árajánlatot, majd készítjük el és szállítjuk, telepítjük az egyedi igényekhez igazított termékeket.



VEGYSZERÁLLÓSÁG



NAGY TEHERBÍRÁS



ESD VEZETŐKÉPES KIVITEL



MSZ EN 14175 szabványsorozat 14175-1,-2,-3,-6 és -7 szerinti ÉMI-TÜV-SÜD megfelelőségi tanúsítvánnyal

A LABORATÓRIUMOK SZOLGÁLATÁBAN